

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ce produit doit être installé et adapté par un professionnel de santé (pharmacien, orthopédiste, kinésithérapeute...).

Consulter immédiatement un médecin en cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou de réactions inhabituelles.

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée.

Protéger toute partie du corps où un antalgique a pu être appliqué avant la mise en place du produit.

Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

Conduite déconseillée.

ENTRETIEN

- Nettoyage à la main et au savon (max. 40°C),
- Rincer soigneusement,
- Laisser sécher à l'air libre,
- Ne pas mettre au sèche-linge,
- Ne pas javelliser,
- Ne pas utiliser de détergent,



Conserver le produit à température ambiante.



Dispositif médical de classe I

Fabricant et/ou distributeur : SM Europe - 420574626 RCS Rennes
Pour toutes informations complémentaires, contacter :
SM Europe, ZA de la Herbetais, 35520 La Mézière - France.
NOT_CollierC4_150625_OrV0



COLLIER C4

› [COLLIER CERVICAL RIGIDE](#)



CONTENU/DESCRIPTION

Collier C4 rigide avec mentonnière :

- Appui sternal, mentonnier et occipital,
- Immobilisation du rachis cervical dans le cadre de l'urgence : ouverture trachéale,
- 1 Structure plastique avec plaque perforée permettant

Une notice du produit, à lire attentivement.

INDICATIONS

Traumatisme et Entorse grave, Trachéotomie.

COMPOSITION

- EVA 70%,
- Nylon 15%,
- ABS 15%.

TAILLANT

TAILLE	TOUR DE COU (CM)
1	28 - 33
2	33 - 43

MISE EN PLACE

A

- Ouvrir le collier
- Positionner le menton au niveau de la section profilée.

B

- Fixer le collier à l'arrière du cou à l'aide de la fermeture velcro®.

C

- Ajuster le maintien, sans gêner la respiration



CONSULTEZ
LA VIDÉO
DE MISE EN PLACE